



**Lab 793305** **CMV Ab, IgG-Unità Report**  
**ToRCH/EBV/MuMZ Program (Quantitative)**  
 ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI  
 VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55  
 NAPOLI (NA) ITALIA 80126  
 ITALY

**Ciclo 5**  
 Mar 2020 – Feb 2021  
 Campione N°: 12  
 Data del campione: 02 Feb 21  
 lotto n°: 350400








Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo...

Comparazione statistica

La tua deviazione

**Il tuo risultato**  
**- U/mL**

	N	Media	SD	CV	U <sup>1</sup>	Z-score	RMZ	%
◆ La tua popolazione	68	22,9	2,15	9,38	0,652			
■ Metodo	69	22,9	2,16	9,42	0,649			
● Gruppo omogeneo	37	22,8	2,21	9,69	0,906			Comparazione non possibile



	N	Media	CV	U <sup>1</sup>
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	37	22,8	9,69	0,906
Roche cobas 6000/8000/c 311/c 503 Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	23	37,3	4,77	0,929
bioMérieux VIDAS Group FIA Reattivi/kit dedicati	16	13,3	5,68	0,472
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott Alinity	13	21,5	8,23	1,23
DiaSorin LIAISON/XL Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	13	23,7	3,04	0,499
Roche Elecsys / cobas e 411 Series Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	6	34,0	5,89	2,04
Beckman Coulter UniCel DxI Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	4	26,3	4,90	1,61
Beckman Coulter Access, LXI 725, Dx... Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	1	23,5	0	0
VITROS Microwell Series Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	1	13,3	0	0

**CMV Ab, IgG-Unità 5 : 12**  
 CICLO CAMP.



Lab 793305

ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI  
VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55  
NAPOLI (NA) ITALIA 80126  
ITALY

### EBV (VCA) Ab, IgG Report ToRCH/EBV/MuMZ Program (Quantitative)

Ciclo 5

Mar 2020 – Feb 2021  
Campione N°: 12  
Data del campione: 02 Feb 21  
lotto n°: 350400








Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo...

#### Comparazione statistica

#### La tua deviazione

	N	Media	SD	CV	U <sup>1</sup>	Z-score	RMZ	%
◆ La tua popolazione	26	40,2	1,18	2,93	0,578			
■ Metodo	34	39,0	2,49	6,37	1,07			
● Gruppo omogeneo	14	40,4	1,43	3,54	0,955			

**Il tuo risultato**  
**- Sample/Cuto...**



	N	Media	CV	U <sup>1</sup>
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	14	40,4	3,54	0,955
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott Alinity	12	40,1	2,01	0,582
bioMérieux VIDAS Group FIA Reattivi/kit dedicati	12	1,98	9,93	0,142
Siemens IMMULITE 2000/2500/XPi Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	8	11,5	7,47	0,761
EUROIMMUN EIA Reattivi/kit dedicati	2	3,62	33,7	2,16
Diesse Chorus EIA Reattivi/kit dedicati	2	2,90	11,1	0,567
Vector-Best EIA Reattivi/kit dedicati	2	12,8	40,7	9,21
Bio-Rad EVOLIS EIA Vector-Best	1	12,5	0	0

**EBV (VCA) Ab, IgG 5 : 12**  
CICLO CAMP.

**Herpes Simplex 1/2 Ab,IgG Report**  
**Lab 793305 ToRCH/EBV/MuMZ Program (Quantitative)**

**Ciclo 5**



ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI  
 VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55  
 NAPOLI (NA) ITALIA 80126  
 ITALY

Mar 2020 – Feb 2021  
 Campione N°: 12  
 Data del campione: 02 Feb 21  
 lotto n°: 350400








DiaSorin LIAISON/XL

**Comparazione statistica**

**La tua deviazione**

Il tuo risultato - Sample/Cuto...		N	Media	SD	CV	U <sup>1</sup>	Z-score	RMZ	%
◆ La tua popolazione		13	8,90	1,65	18,5	1,14			
■ Metodo		25	14,9	6,72	45,1	3,36			
● Gruppo omogeneo		12	9,05	1,40	15,4	1,01			Comparazione non possibile



	N	Media	CV	U <sup>1</sup>
Siemens IMMULITE 2000/2500/XPi Chemoluminescenza Reattivi/kit dedicati	13	19,4	8,54	1,15
DiaSorin LIAISON/XL Chemoluminescenza Reattivi/kit dedicati	12	9,05	15,4	1,01
Metodo manuale EIA Reattivi/kit dedicati	1	1,48	0	0
EUROIMMUN EIA Reattivi/kit dedicati	1	108	0	0
Bio-Rad EVOLIS Twin Plus EIA Reattivi/kit dedicati	1	0	0	0
Diesse Chorus EIA Reattivi/kit dedicati	1	7,10	0	0
Human ELISA EIA Eurodiag	1	1,75	0	0

**Herpes Simplex 1/2 Ab,IgG 5 : 12**

**CICLO CAMP.**



**Lab 793305** **Rubella Ab, IgM Report**  
**ToRCH/EBV/MuMZ Program (Quantitative)**  
 ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI  
 VIA CORNELIA DEI GRACCHI 55  
 NAPOLI (NA) ITALIA 80126  
 ITALY

**Ciclo 5**  
 Mar 2020 – Feb 2021  
 Campione N°: 12  
 Data del campione: 02 Feb 21  
 lotto n°: 350400



Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci mo...






Comparazione statistica

La tua deviazione

	N	Media	SD	CV	U <sup>1</sup>	Z-score	RMZ	%
◆ La tua popolazione	6	0,848	0,296	34,9	0,303			
■ Metodo	53	0,976	0,200	20,5	0,069			
● Gruppo omogeneo	6	0,848	0,296	34,9	0,303			

Comparazione non possibile

**Il tuo risultato**  
**- Sample/Cuto...**



	N	Media	CV	U <sup>1</sup>
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott ARCH i, Rubella IgM, Index	24	0,919	14,7	0,069
Roche cobas 6000/8000/c 311/c 503 Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	18	2,48	10,1	0,147
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott Alinity	10	0,899	4,95	0,035
bioMérieux VIDAS Group FIA Reattivi/kit dedicati	10	7,01	5,39	0,299
Abbott ARCHITECT/Alinity (c, i, ci ... Chemiluminescenza Abbott ARCH i, Rubella IgM, S/CO	6	0,848	34,9	0,303
Siemens IMMULITE 2000/2500/XPi Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	6	1,16	4,69	0,056
Roche Elecsys / cobas e 411 Series Elettrochemiluminescenza (ECL) Reattivi/kit dedicati	6	2,48	19,7	0,498
Siemens ADVIA Centaur Systems Chemiluminescenza Reattivi/kit dedicati	5	3,17	13,9	0,493
EUROIMMUN EIA Reattivi/kit dedicati	2	0,257	29,1	0,132

**Rubella Ab, IgM 5 : 12**  
 CICLO CAMP.